

Ergotherapeutische adviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel

Handleiding & adviesrapportage



Nederlandse
Vereniging voor
Ergotherapie

Auteurs: K. van der Dennen, B. Broekhuizen

ISBN 90-5931-190-6

<http://www.ergotherapie.nl>
nve@ergotherapie.nl

<http://www.lemma.nl>
infodesk@lemma.nl

© 2003, Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE), Kaap Hoornreed 56B, 3563 AV Utrecht

Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie (NVE)

Aangesloten bij: World Federation of Occupational Therapists (WFOT) en Committee of Occupational Therapists for European Communities (COTEC)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351 zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp. Voor het overnemen van één of meer gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Omslagontwerp en typografie: Twin Design BV, Culemborg



Inhoud

Leeswijzer	4
1 Inleiding en verantwoording	4
1.1 Doel van de standaard	4
1.2 Doelgroep	4
1.3 Opbouw van de standaard	4
1.4 Gebruik van de standaard	4
2 Handleiding bij het gebruik van de standaardadviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel	4
2.1 Toepassingsmogelijkheden	4
2.2 Opbouw van de standaard	6
2.3 Gebruik van de standaard	6
2.4 Standaardadviesrapportage	7
2.5 Dossier WVG-adviseur met checklists	8

Standaardadviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel

Dossier WVG-adviseur met checklists

- Checklist A - Aandoening/ziektebeeld
- Checklist B - Stoornissen
- Checklist C - Activiteiten
- Checklist D - Participatie
- Checklist E - Inventarisatie omgevingsfactoren
- Checklist F - Programma van eisen

Leeswijzer

Voor u ligt de *Standaard ergotherapeutische adviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel*. De standaard wordt gehanteerd door een ergotherapeut die werkzaam is als WVG-adviseur (Wet Voorzieningen Gehandicapten) en wordt gebruikt bij het adviseren van een scootmobiel.

De standaard is opgebouwd uit drie hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 bestaat uit de inleiding en de verantwoording, waarin het doel, de doelgroep, de opbouw en het gebruik van de standaard beschreven worden.

Hoofdstuk 2 is de handleiding bij het gebruik van de standaard. Hierin wordt beschreven wanneer de standaard voor de adviesrapportage toepasbaar is en hoe deze ingevuld en gebruikt dient te worden. Tevens wordt per checklist aangegeven hoe deze ingevuld kan worden.

Het 'derde hoofdstuk' bestaat uit de standaardadviesrapportage en het dossier van de WVG-adviseur met checklists voor de scootmobiel.

De handleiding dient gelezen te worden voordat de adviesrapportage in gebruik wordt genomen.

1 Inleiding en verantwoording

1.1 Doel van de standaard

Het bevorderen van de kwaliteit van ergotherapeutische zorg door middel van het verkrijgen van uniformiteit in de adviesrapportage scootmobiel, die worden opgesteld door ergotherapeuten werkzaam als adviseur verbonden aan een instelling of in dienst van de WVG.

1.2 Doelgroep

De standaard is bedoeld voor ergotherapeuten die werkzaam zijn als WVG-adviseur en die in het kader van deze wet gevraagd worden door een gemeente om een advies uit te brengen op het niveau van indiceren en/of selecteren van een scootmobiel.

1.3 Opbouw van de standaard

De standaardadviesrapportage bestaat uit twee gedeeltes:

- 1 Een standaard voor een indicatie- en/of selectieadviesrapport.
- 2 Een aantal checklists dat gebruikt kan worden tijdens het adviesgesprek/passing/spreekuur om gegevens te inventariseren. Ook is een checklist bijgevoegd waarop het programma van eisen kan worden aangegeven. De checklists dienen als onderbouwing van het indicatie- en/of selectieadviesrapport.

Het eerste deel van de standaard en de checklist ten behoeve van het programma van eisen moeten opgestuurd worden naar de desbetreffende gemeente. Deze twee gedeeltes vormen namelijk samen het feitelijke advies.

Het programma van eisen wordt (indien men als ergotherapeut-adviseur werkzaam is voor de gemeente) ook opgestuurd naar de leverancier(s), zodat deze aan de hand van het programma van eisen een offerte kan opstellen. Ook de offerte(s) worden in dit geval als bijlage toegevoegd aan het indicatie- en/of selectie adviesrapport.

De andere checklists worden alleen opgenomen in het dossier van de ergotherapeut-adviseur. Dit dossier wordt niet meegestuurd naar de gemeente, maar dient bewaard te worden in het dossier van de ergotherapeut-adviseur zelf.

1.4 Gebruik van de standaard

De standaard kan gebruikt worden in verschillende situaties, afhankelijk van de inhoud van de hulpvraag/aanvraag en de opdracht/vraagstelling van de opdrachtgever. Afhankelijk van de hulpvraag en opdracht kan de standaard deels of volledig worden toegepast.

De standaard is bedoeld als leidraad. Uiteraard kan naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid, mits gemotiveerd, van deze leidraad worden afgeweken.

2 Handleiding bij het gebruik van de standaardadviesrapportage indicatie en selectie scootmobiel


De standaard wordt gehanteerd door een ergotherapeut-adviseur.

2.1 Toepassingsmogelijkheden

Deze standaard kan gebruikt worden in verschillende situaties, afhankelijk van de inhoud van de hulpvraag/aanvraag en de opdracht/vraagstelling van de opdrachtgever.

Afhankelijk van deze hulpvraag en de opdracht kan de standaard deels of volledig worden toegepast.

In het *Stroomschema toepassingsmogelijkheden standaardadviesrapportage* is de aanvraagprocedure schematisch weergegeven. De stappen waarbij de standaard toepasbaar is, zijn met een schaduwmarkering aangegeven.




Toelichting stroomschema

- a Bij de aanmelding/aanvraag zal door de betreffende medewerker informatie van de cliënt worden ingewonnen om te beoordelen of de hulpvraag een WVG-aanvraag betreft. Als de hulpvraag bijvoorbeeld gaat om een tijdelijke uitleen van een scootmobiel dan wordt de cliënt verwezen.

Verschillende eenvoudige hulpvragen kunnen direct worden afgehandeld als er voldoende relevante gegevens over de cliënt beschikbaar zijn. Hierbij is te denken aan vervanging van (onderdelen van) een scootmobiel.

- b Hulpvragen van cliënten kunnen een nadere hulpvraaganalyse vereisen. Het gaat hierbij om een inventarisatie en beoordeling van de medische situatie en de omgevingsfactoren. Een volledig beeld van aandoening, stoornissen en activiteiten waaronder de wijze van ontstaan van de aandoening en de prognose van het functioneren wordt uitgewerkt. Beoordeling van de medische situatie en de omgevingsfactoren geschiedt op basis van de indicatiecriteria. Dit betekent dat door de koppeling van de medische gegevens, de omgevingsfactoren en de indicatiecriteria bepaald kan worden of positieve of negatieve indicatie gesteld kan worden in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (zie onderstaand schema).



- c Voor urgente hulpvragen die met spoed afgehandeld moeten worden, wordt veelal een afwijkende procedure gevolgd.
- d De criteria van de wet kunnen vragen om een nadere medische beoordeling, bijvoorbeeld door een medicus of een multidisciplinair team zoals de RIO's dat kennen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de beoordeling of er een medisch objectieveerbare aandoening is of dat er ernstige beperkingen op meerdere terreinen zijn die een integrale beoordeling vragen.
- e Het indicatietraject kan afgesloten worden met een indicatieadvies.
- f Afhankelijk van opdracht is een selectieadvies of indicatie- en selectieadvies aan de orde.

2.2 Opbouw van de standaard

De standaardadviesrapportage bestaat uit twee gedeeltes.

- 1 Een standaard voor een indicatie- en/of selectieadviesrapport. Het indicatie- en/of selectieadviesrapport bestaat uit de hulpvraaganalyse, de indicatie en de selectie.
- 2 Een aantal checklists dat gebruikt kan worden tijdens het adviesgesprek/passing/spreekuur om gegevens te inventariseren voor de onderbouwing van het indicatie- en/of selectieadviesrapport.

De hulpvraaganalyse en selectie worden vermeld in het indicatie- en/of selectieadviesrapport en zijn daarom als eerste gedeelte opgenomen in de standaard.

Indien de indicatie reeds is gesteld en de adviesvraag het typen en selecteren betreft, wordt de hulpvraaganalyse niet vermeld in het indicatie- en/of selectieadviesrapport.

De gemeente neemt op basis van het indicatie- en/of selectieadviesrapport een beslissing over het al dan niet toekennen van de aangevraagde voorziening.

Het tweede gedeelte (de checklists) wordt alleen opgenomen in het dossier van de WVG-adviseur. Dit gedeelte dient als onderbouwing van het indicatie- en/of selectieadviesrapport. Dit gedeelte is daarom als laatste deel opgenomen in de standaard.

2.3 Gebruik van de standaard

De checklists worden gehanteerd tijdens het adviesgesprek/passing/spreekuur. Tijdens een cliëntencontact inventariseert de ergotherapeut-adviseur de gevolgen van de ziekte/aandoening voor de functies/structuren, activiteiten, participatie en de omgevingsfactoren (checklist A tot en met E). Dit cliëntencontact moet resulteren in respectievelijk de hulpvraaganalyse en de indicatie voor een oplossingsrichting.

Na het stellen van een positieve indicatie voor een scootmobiel worden de gebruikseisen getypeerd. Aan de hand van de gebruikseisen kan het programma van eisen worden opgesteld voor de goedkoopst adequate oplossing.

De ergotherapeut-adviseur stelt in samenspraak met de cliënt het programma van eisen op (met gebruik van checklist F). In het programma van eisen wordt een hiërarchie aangebracht. De vertaling van het programma van eisen naar het product gebeurt in een passing. De passing is het overlegmoment met de cliënt, de adviseur en de leverancier om te komen tot de keuze van het goedkoopst adequate product. Het goedkoopst adequate product betekent dat indien er meerdere producten adequaat zijn, het goedkoopste product gekozen dient te worden. Dit kan op basis van het vergelijken van offertes.

De leverancier heeft in het keuzeproces de taak om de technische uitvoering en mogelijkheden van het programma van eisen duidelijk te maken. Ook het verstrekken van informatie over de keuze van materialen (van bijvoorbeeld bekleding van de scootmobiel) en het realiseren van mogelijke adaptaties is de taak van de leverancier. Op basis hiervan worden door de adviseur met de cliënt beslissingen genomen in het keuzeproces. Daarom is de adviseur altijd bij een passing aanwezig.

De leverancier stelt een offerte met een (technische) omschrijving van het product met typering en maatvoering. De adviseur checkt de offerte(s) om te beoordelen of alle tijdens het keuzeproces besproken eisen op de offerte staan.

Als de adviseur de opdracht heeft voor de selectie van een scootmobiel dan is hij ook verantwoordelijk voor een juiste offerte. De offerte is een integraal onderdeel van het advies.

2.4 Standaardadviesrapportage

Gegevens adviseur

Hier geeft de ergotherapeut-adviseur aan wanneer en hoe hij/zij bereikbaar is.

Gegevens aanvrager

In dit kader dienen de persoonlijke gegevens van de aanvrager vermeld te worden. Bij de sociale situatie kan bijvoorbeeld alleenstaand, samenwonend of gehuwd vermeld worden. Bij de woonsituatie kan het type woning beschreven worden. In het kader kan ook een eventuele contactpersoon vermeld worden.

Hulpvraag van de aanvrager

De hulpvraag dient beschreven te worden zoals de aanvrager die formuleert. De hulpvraag van de aanvrager wordt in de indicatie- en selectieadviesrapportage beschreven om de WVG-aanvraag compleet te maken. Immers, de hulpvraag wordt bij de aanmelding (stap 1 van de WVG-standaard) vastgesteld.

Hulpvraaganalyse

De ergotherapeut-adviseur komt tot deze hulpvraaganalyse door het invullen van de checklists behorende tot het dossier van de ergotherapeut-adviseur (checklist A tot en met E). Om uniformiteit van het advies te bevorderen worden standaardzinnen aangereikt. Bij het formuleren van de hulpvraaganalyse worden de gegevens uit de checklists vertaald en verwerkt in de aangereikte zinnen.

Indicatie

De cliënt heeft een beperkte loopfunctie en kan geen gebruikmaken van een (brom)fiets, openbaar vervoer en/of collectief vervoer. Er is als gevolg van deze beperking en de vervoersbehoefte een indicatie voor een individuele vervoersvoorziening. De cliënt heeft een duidelijke verplaatsingsbehoefte. De cliënt beschikt over voldoende capaciteiten om de scootmobiel zelfstandig en veilig te besturen. In aansluiting op de ondervonden belemmeringen in het verplaatsen, is er wel/geen indicatie voor het verstrekken van een scootmobiel.

Selectie

Voor een volledig overzicht van relevante criteria wordt u verwezen naar het programma van eisen (Checklist F). Hier wordt aangegeven dat de keuze van een scootmobiel de goedkoopste adequate oplossing is; de rijvaardigheid, de vervoersbehoefte en de omgevingsfactoren (waaronder de stallingsmogelijkheid) zijn hierin meegewogen.

Bij de selectie is ten minste rekening gehouden met de volgende gebruikseisen (per item kort specificeren).

- Gebruiksdoel
- Gebruiksgebied
- Zitten
- Rijeigenschappen
- Gebruikersgemak
- Accessoires.

Keuzeproces

Op basis van de uitgevoerde passing, het programma van eisen (checklist F) en de aangeleverde offerte kan de goedkoopst adequate oplossing worden bepaald.

Opmerkingen

Onder dit item kan de ergotherapeut-adviseur een motivatie geven op eisen die niet gebruikelijk en/of erg duur zijn. Men kan bij niet gebruikelijke en/of erg dure aanpassingen ook een begeleidende brief als bijlage meesturen. Dit dient dan wel in de adviesrapportage bij het item 'bijlage' aangekruist te worden.

NB Uit literatuurstudie is gebleken dat sommige leveranciers de laadplug, lader en vrijloophendel van een scootmobiel als accessoire benoemen. Deze drie onderdelen zijn noodzakelijk voor het gebruik van een scootmobiel, daarom moeten deze onderdelen standaard geleverd worden.

Onderzoeksactiviteiten

Bij dit item dienen alle acties die ondernomen zijn om tot het advies te komen, vermeld te worden. Bij de ondernomen acties dienen tevens de data vermeld te worden. Voorbeelden van ondernomen acties kunnen zijn: adviesgesprek, huisbezoek, passing en afleverpassing.

Vaak zal het adviesgesprek en de passing gelijktijdig worden uitgevoerd, dit dient dan vermeld te worden.

Dossier WVG-adviseur

Dit dossier bestaat uit checklists die als hulpmiddel dienen om tot een hulpvraaganalyse en een indicatie- en/of selectieadvies te komen.

Bijlage

Hier kan aangekruist worden welke bijlagen meegestuurd worden. De offerte kan immers alleen als bijlage meegestuurd worden als men werkzaam is voor de gemeente.

2.5 Dossier WVG-adviseur met checklists

Checklist A - Aandoening/ziektebeeld

Het *Handboek WVG* schrijft voor dat de gemeente geen diagnostiek ontvangt. Als WVG-adviseur vermeld je dus geen medische diagnose.

In de eerste kolom wordt de aard van de aandoening aangekruist. Hier is onderscheid gemaakt in neurologisch, orthopedisch, reumatologisch, intern en aangeboren/verworven.

Wanneer een aandoening niet duidelijk onder een van deze vijf punten ingedeeld kan worden, dan kan de mogelijkheid 'Anders, namelijk ...' aangekruist worden. Hier moet dan de aard van de aandoening ingevuld worden.

In de tweede kolom dient het verloop van de aandoening aangekruist te worden. Als de aandoening progressief is, dient vermeld te worden of er sprake is van een snel of langzaam verloop. Ook bij het item intermitterend/continu geldt: doorhalen wat niet van toepassing is.

Er kunnen meerdere mogelijkheden aangekruist worden.

Checklist B - Stoornissen

De inventarisatie van de stoornissen in de hulpvraaganalyse wordt gebruikt om te komen tot de indicatiestelling en vervolgens voor het bepalen van de gebruikseisen en het technisch programma van eisen.

De stoornissen dienen in de tabel aangegeven te worden. Er is gekozen voor de terminologie zoals deze beschreven staat in de ICIDH-2. Er wordt een onderscheid gemaakt in stoornissen in functie en stoornissen in structuur (dat wil zeggen een afwijking in een anatomische eigenschap van de mens).

In de eerste kolom staan de functies en structuren beschreven. De functies en structuren die verstoord zijn, kunnen aangekruist worden in de kolom van het desbetreffende lichaamsdeel waarin zich de stoornis in functie of structuur bevindt. Er kunnen meerdere mogelijkheden worden aangekruist.

In de laatste kolom kan een omschrijving gegeven worden van de stoornis(sen) in functie en/of structuur. Hierbij kan gebruikgemaakt worden van de volgende criteria.

- Verlies of gebrek : tijdelijk of blijvend
- Afname : progressief of regressief
- Extra of overmaat : intermitterend of continu
- Afwijking : de betreffende lichaamszijde.

Achter 'energetisch vermogen', 'vestibulair', 'bloedvaat- en ademhalingsstelsel', 'urinelozingfuncties' en 'overige', is het hele kader beschikbaar voor de omschrijving van de eventueel aanwezige stoornis(sen).

Voorbeeld

Functie	Hoofd / Nek / Romp / Rug	Armen / Schouders Li / Re	Handen Li / Re	Heupen / Knieën / Benen Li / Re	Voeten Li / Re	Omschrijving
Steunfunctie				X Li + Re		Afwezig, bilateraal

NB Bij beschermende functies van de huid (decubitus) bestaat geen aankruismogelijkheid van billen. Dit kan genoteerd worden bij de omschrijving.

Bij het kopje anatomische eigenschappen kunnen alle anatomische afwijkingen die aanwezig zijn bij de aanvrager worden genoteerd.

Toelichting bij stoornissen

Andere toelichtingen/opmerkingen die van belang zijn, kunnen worden beschreven in het hiervoor bestemde kader.

Checklist C - Activiteiten

De beperkingen in activiteiten zijn mede de onderbouwing voor het stellen van de indicatie voor een scootmobiel. Tevens volgen uit de beperkingen de gebruikseisen van de scootmobiel.

De activiteiten en vaardigheden dienen in de tabel aangegeven te worden. In de eerste kolom staan de activiteiten en vaardigheden beschreven die van invloed zijn op de aanvraag van een scootmobiel.

In de volgende kolommen dient aangegeven te worden wat het niveau van uitvoer van de activiteiten is. Aan alle activiteiten dient, aan de hand van de gegeven schaal, een waarde toegekend te worden. Deze schaal is als volgt.

1 = normaal	Functioneren stemt overeen met leeftijd en sociale achtergronden.
2 = onafhankelijk, maar verminderd	Functioneren is minder dan kan worden verwacht, gezien leeftijd en sociale achtergronden. De vaardigheid kan echter zonder hulp worden uitgevoerd.
3 = moeizaam/pijnlijk	De vaardigheid kan uitgevoerd worden. De belasting van de vaardigheid kost onevenredig veel energie of veroorzaakt pijn of toename in pijn.
4 = met gebruik van hulpmiddelen/aanpassingen	Het uitvoeren van de vaardigheid is alleen mogelijk met behulp van hulpmiddelen en/of aanpassingen.
5 = met steun/hulp van derden	Het uitvoeren van de vaardigheid is alleen mogelijk met steunpunten en/of hulp van derden.
6 = onmogelijk	Het uitvoeren van de vaardigheid is niet mogelijk. Als de vaardigheid uitgevoerd kan worden met hulpmiddelen of derden die niet voor handen zijn, dan is de vaardigheid onmogelijk.

In de kolom 'opmerkingen' kan een toelichting op het aangekruiste gegeven worden.

Voorbeeld

Vaardigheden	1	2	3	4	5	6	Opmerkingen
Transfers				x			Met transferplank

Toelichting bij activiteiten

Andere toelichtingen/opmerkingen die van belang zijn, kunnen worden beschreven in het hiervoor bestemde kader. Eventueel kunnen hier ook de relevante taken en bezigheden van de aanvrager genoemd worden.

Checklist D - Participatie

Huidige verplaatsingswijze

In dit schema dient geïnventariseerd te worden hoe de aanvrager zich momenteel verplaatst. De huidige verplaatsingswijze dient aangekruist te worden. Tevens dient de frequentie van deze verplaatsingen genoteerd te worden.

Wenselijk verplaatsingspatroon

In dit schema dient geïnventariseerd te worden wat de verplaatsingsbehoefte van de aanvrager is. Ook dient hierbij de maximale verplaatsingsafstand en de wenselijke verplaatsingsfrequentie weergegeven te worden. Deze gegevens zijn van invloed op de gebruikseisen.

Het verschil tussen de huidige verplaatsingswijze en het wenselijk verplaatsingspatroon geven de ervaren belemmeringen weer; deze bepalen mede de indicatie voor een scootmobiel. Checklist D beslaat het gebied van 'participatie in mobiliteit' van de ICDH-2 bèta-2 classificatie.

Checklist E - Inventarisatie omgevingsfactoren

Indien er ergonomische belemmeringen veroorzaakt worden door omgevingsfactoren, dan dienen deze in de hulpvraaganalyse vermeld te worden. De belemmerende omgevingsfactoren bepalen mede de indicatie voor een scootmobiel. De belemmerende omgevingsfactoren zijn tevens een onderdeel van de onderbouwing voor het opstellen van de gebruikseisen van de scootmobiel.

Woonomgeving binnenshuis

Onder dit item dient de woning van de aanvrager beschreven te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan serviceflats, et cetera.

De woonomgeving binnenshuis wordt globaal beschreven aan de hand van een aantal items. Bij het item 'Anders, namelijk...' kunnen toevoegingen gegeven worden.

Er dient aangegeven te worden of er aanpassingen aan de woning gerealiseerd zijn. Indien er een woningaanpassing aangevraagd moet worden of als deze reeds is aangevraagd, dan dient dit vermeld te worden.

De aanwezige voorzieningen voor het verplaatsen binnens- en/of buitenshuis dienen benoemd te worden. Dit kunnen hulpmiddelen zijn die de aanvrager in eigendom, bruikleen of gehuurd heeft en waar al of niet gebruik van wordt gemaakt.

De aanwezige zorg dient beschreven te worden. Hierbij kan gedacht worden aan thuiszorg, mantelzorg, et cetera.

Woonomgeving buitenshuis

Onder dit item dient dat deel van de omgeving buiten de woning beschreven te worden waar de aanvrager zich begeeft of wil begeven.

Toelichting omgevingsfactoren

Andere toelichtingen/opmerkingen die van belang zijn, kunnen worden beschreven in het hiervoor bestemde kader.

Checklist F - Programma van eisen

Naar aanleiding van de verkregen gegevens uit het cliëntencontact (inventarisatie van stoornissen, activiteiten, participatie en omgevingsfactoren) kunnen de gebruikseisen worden opgesteld. Door deze gebruikseisen in relatie tot de eigenschappen van een scootmobiel te bekijken, kunnen de technische eisen ten aanzien van de scootmobiel bepaald worden.

Het programma van eisen wordt beschreven aan de hand van vier hoofdpunten:

- Zitten
- Rijeigenschappen
- Gebruikersgemak
- Accessoires.

Onder de vier hoofdpunten worden diverse subpunten vermeld en onder de subpunten worden de eisen beschreven. De ergotherapeut-adviseur kan meerdere eisen per subpunt aankruisen. Indien een noodzakelijke eis niet onder het subpunt wordt vermeld, is er de mogelijkheid om bij het betreffende subpunt een aanvullende omschrijving te geven achter 'Anders, namelijk...'. Bij sommige items kan de ergotherapeut-adviseur aangeven of het onderdeel links of rechts op het subpunt bevestigd dient te worden door het omcirkelen van hetgeen van toepassing is of door het doorstrepen van hetgeen niet van toepassing is.

NB Bij het hoofdpunt 'rijeigenschappen' wordt onder subpunt 'gebruiksomgeving' de keuzemogelijkheid 'niet-verkleinbaar' gegeven. Hiermee wordt bedoeld dat de scootmobiel niet uit elkaar gehaald kan worden. Een verkleinbare scootmobiel kan wel uit elkaar gehaald worden.

Maatgegevens

In het technisch programma van eisen dient de zittingbreedte, zittingdiepte, zittinghoogte en rugleuninghoogte aangegeven te worden. Dit zijn scootmobielmaten en geen mensmaten.

De standaardmeetmethode is:

- Zittingbreedte = Functionele breedte van het zitkussen gemeten aan de voorzijde van het zitkussen.
Bij hangmatzittingen wordt de breedte gemeten van hart op hart buis.
- Zittingdiepte = Afstand van het midden van de voorzijde van de zitting tot het lumbaalpunt op de rugleuning.
- Zittinghoogte = Afstand van het midden van de voorkant bovenzijde van het zitkussen tot het vloeroppervlak.
- Rugleuninghoogte = Afstand van het midden van de achterkant van de bovenzijde van het zitkussen tot de bovenkant rugleuning.

Toelichting bij programma van eisen

Andere toelichtingen/opmerkingen die van belang zijn, kunnen worden beschreven in het hiervoor bestemde kader. Ook individuele aanpassingen kunnen in dit kader vermeld worden.

Standaardadviesrapportage indicatie en selectie scooter

Lees voor het schrijven van het advies eerst de handleiding.

Gegevens adviseur

Naam adviseur:
 Adres:
 Telefoonnummer:
 Faxnummer:
 E-mail adres:
 Datum aanvraag:

Gegevens aanvrager

Naam:	M / V
Contactpersoon:	Geboortedatum:
Adres:	Sociale situatie:
Postcode:	Woonsituatie:
Woonplaats:	
Telefoonnummer:	

Hulpvraag van de aanvrager

Hulpvraaganalyse

Dhr. / Mevr. <naam> heeft als gevolg van <aandoening checklist A> de volgende objectieve beperkingen: <activiteiten checklist C>

Dhr. / Mevr. ondervindt tijdens het zitten de volgende problemen: <stoornis checklist B>

Het gewenste verplaatsingspatroon van dhr. / mevr. is: <participatie checklist D>

Belemmerende omgevingsfactoren voor dhr. / mevr. zijn: <omgevingsfactoren checklist E>

Dhr. / mevr. wil zich graag zelfstandig verplaatsen

- binnenshuis
- buitenshuis
- binnens- en buitenshuis

Indicatie

De cliënt heeft een beperkte loopfunctie en kan geen gebruikmaken van een (brom)fiets, openbaar vervoer en/of collectief vervoer. Er is als gevolg deze beperkingen en van de vervoersbehoefte een indicatie voor een individuele vervoersvoorziening. De cliënt heeft een duidelijke verplaatsingsbehoefte.

De cliënt beschikt over voldoende capaciteiten om de scooter zelfstandig en veilig te besturen.

In aansluiting op de ondervonden belemmeringen in het verplaatsen, is het verstrekken van een scooter de meest adequate oplossingsrichting.

Selectie

Voor een volledig overzicht van relevante criteria wordt u verwezen naar het programma van eisen (checklist F). De keuze van een scootmobiel is de goedkoopste adequate oplossing; de rijvaardigheid, de vervoersbehoefte en de omgevingsfactoren (waaronder de stallingsmogelijkheid) zijn hierin meegewogen.

Bij de selectie is ten minste rekening gehouden met de volgende gebruikseisen (per item kort specificeren):

- Gebruiksdoel:
- Gebruiksgebied:
- Zitten:
- Rijeigenschappen:
- Gebruikersgemak:
- Accessoires:

Keuzeproces

Op basis van de uitgevoerde passing, het programma van eisen (checklist F) en de aangeleverde offerte(s) blijkt de hieronder genoemde scootmobiel de goedkoopst adequate oplossing.

Merk:

Type:

Prijs:

Leverancier:

Is herverstreking: ja / nee

Opmerkingen

Onderzoeksactiviteiten

Activiteit	Datum
• Gesprek met de cliënt	...-...-...
• Dossierstudie	...-...-...
• Passing / selectie	...-...-...
• Huisbezoek	...-...-...
• Functioneel onderzoek	...-...-...
• Overleg met andere disciplines	...-...-...
• Anders, namelijk	...-...-...
.....	

De aanvrager is op de hoogte van het opgestelde advies en gaat hier wel / niet mee akkoord.

Om de belemmeringen in het zelfstandig verplaatsen op te heffen, is het verstrekken van een scootmobiel de goedkoopst adequate voorziening.

Indien u nog vragen heeft, kunt u met ondergetekende contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

C.c.: Cliënt

Bijlagen:

- Offerte(s)
- Programma van eisen
- Begeleidende brief

Dossier WVG-adviseur met checklists

Adviesrapportage opgesteld door:

Naam ergotherapeut:

Datum aanvraag:

Hulpvraaganalyse

Checklist A - Aandoening/ziektebeeld

Aandoening/ziektebeeld	
Medische diagnose volgens bijgevoegde medische machtiging van de huisarts/specialist	
Aard van de aandoening is:	Verloop van de aandoening:
☐ Neurologisch	☐ Verbetering (is aan de orde bij negatieve indicatie)
☐ Orthopedisch	☐ Chronisch
☐ Reumatologisch	☐ Progressief: snel / langzaam
☐ Interne aandoening	☐ Intermitterend / continu
☐ Aangeboren / verworven	☐ Onbekend
☐ Anders, namelijk	

Checklist B - Stoornissen

Stoornissen						
Functie	Hoofd / Nek / Romp / Rug	Armen / Schouders Li / Re	Handen Li / Re	Heupen / Knieën / Benen Li / Re	Voeten Li / Re	Omschrijving
<i>Sensorisch</i>						
- Waarneming van druk						
- Pijngewaarwording						
<i>Bewegingssysteem</i>						
- Mobiliteit gewrichten						
- Stabiliteit gewrichten						
- Spiersterkte						
- Spiertonus						
- Spieruithoudingsvermogen						
- Coördinatie						
- Steunfunctie						
<i>Functies van de huid</i>						
- Beschermende functie van de huid (decubitus)						

Structuur						
- Contractuur						
- Afwezigheid in structuur (amputatie)						
- Anatomische eigenschappen						
<i>Energetisch vermogen</i>						
-						
<i>Vestibulair</i>						
☐ Positiegevoel						
☐ Balans						
☐ Bewegingsgevoel						
☐ Duizeligheid						
☐ Valneigingen						
<i>Bloedvaat- en ademhalingsstelsel</i>						
☐ Inspanningstolerantie						
<i>Urinelozingfuncties</i>						
☐ Urinecontinentie						
<i>Overige</i>						
Toelichting bij stoornissen						

Checklist C - Activiteiten

Activiteiten							
1 = normaal 2 = onafhankelijk 3 = moeizaam/pijnlijk 4 = met gebruik van hulpmiddelen/aanpassingen 5 = met steun/hulp van derden 6 = onmogelijk							
Vaardigheden	1	2	3	4	5	6	Opmerkingen
Zelfstandig kunnen verplaatsen binnenshuis							
Zelfstandig kunnen verplaatsen buitenshuis							
Zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer							
Transfers							
Toelichting bij activiteiten							

Checklist D - Participatie

Huidige verplaatsingswijze	Verplaatsingsfrequentie
☐ Momenteel geen verplaatsingsmogelijkheden	
☐ Lopen	
☐ zonder hulpmiddel	 x dag / week / maand
☐ met hulpmiddel nl.:	 x dag / week / maand
☐ met begeleiding	 x dag / week / maand
☐ Fietsen	
☐ tweewieler	 x dag / week / maand
☐ driewieler	 x dag / week / maand
☐ tandem / duofiets	 x dag / week / maand
☐ Auto	
☐ zelf rijden	 x dag / week / maand
☐ door derden nl.:	 x dag / week / maand
☐ Taxi	
☐ met begeleiding	 x dag / week / maand
☐ Openbaar vervoer	
☐ bus	 x dag / week / maand
☐ trein	 x dag / week / maand
☐ metro	 x dag / week / maand
☐ Collectief Aanvullend Vervoer (CAV)	 x dag / week / maand
☐ Rolstoel	
☐ zelfstandig	 x dag / week / maand
☐ met begeleiding	 x dag / week / maand
☐ Scooter	 x dag / week / maand
☐	 x dag / week / maand

Wenselijk verplaatsingspatroon		
Verplaatsingsbehoefte	Verplaatsingsafstand (retour)	Verplaatsingsfrequentie
☐ Verplaatsen binnenshuis	m	 x dag / week / maand
☐	m	 x dag / week / maand
☐ Verplaatsen rondom de woning	m	 x dag / week / maand
☐	m	 x dag / week / maand
☐ Werk	m	 x dag / week / maand
☐ School	m	 x dag / week / maand
☐ Arts/ ziekenhuis	m	 x dag / week / maand
☐ Boodschappen doen	m	 x dag / week / maand
☐ Postkantoor	m	 x dag / week / maand
☐ Bezoek familie / vrienden	m	 x dag / week / maand
☐ Winkelen	m	 x dag / week / maand
☐ Kerk	m	 x dag / week / maand
☐ Wandelen / toeren	m	 x dag / week / maand
☐ Sport / club	m	 x dag / week / maand
☐	m	 x dag / week / maand

Checklist E - Inventarisatie omgevingsfactoren

Woonomgeving binnenshuis

Type woning:

Status woning:

- Woning is wel / niet aangepast
- Voldoende / onvoldoende toegankelijk
- Voldoende / onvoldoende doorgankelijk
- Smalle / brede doorgangen
- Wel / geen niveauverschillen
- Wel / geen drempels
- Vloerbedekking: hoogpolig tapijt / laagpolig tapijt / glad oppervlak
- Stalling mogelijk / niet mogelijk
- Anders, namelijk

Gerealiseerde aanpassingen zijn:

.....

- ☐ Woningaanpassing dient aangevraagd te worden
- ☐ Woningaanpassing is reeds aangevraagd
- ☐ Aanpassing ten behoeve van stalling dient aangevraagd te worden

Aanwezige voorzieningen:

.....

Aanwezige zorg:

.....

Woonomgeving buitenshuis

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| • Wel / geen stoepen | • Vlak / geaccidenteerd terrein |
| • Wel / geen verlaagde stoepranden | • Centrum / buitenwijk / buitengebied |
| • Smalle / brede stoepen | • Overig, namelijk..... |
| • Grof / glad rijoppervlak | |

Toelichting bij omgevingsfactoren

Checklist F - Programma van eisen

Aanvraagnummer:

Zitten	
Persoonlijke maatgegevens	- lengte: cm - gewicht: kg - heupbreedte:cm - onderbeenlengte:cm - bovenbeenlengte:cm
Instap	☐ draaibare zitting hendel: links / rechts ☐ opklapbare armleuningen
Zitting	☐ zitbreedte: instelbaar / verstelbaar ☐ zitdiepte: instelbaar / verstelbaar ☐ diepte-instelling stoel op slede ☐ zithoek: instelbaar / verstelbaar ☐ zithoogte: instelbaar / verstelbaar ☐ anders, namelijk.....
Zittingaccessoires	☐ gepolsterde zitting ☐ veiligheidsgordel ☐ vering: standaard / extra ☐ anders, namelijk.....
Bekleding zitting	☐ skai ☐ anders, namelijk.....
Rugleuning	☐ rughoek: instelbaar / verstelbaar ☐ verstelbaar door gebruiker ☐ anders, namelijk
Rugleuningaccessoires	☐ gepolsterde rugleuning ☐ lumbaalsteun ☐ anders, namelijk.....
Bekleding rugleuning	☐ skai ☐ anders, namelijk.....
Armleuningen	☐ in hoogte verstelbaar ☐ in hoek instelbaar ☐ lange armleggers ☐ korte armleggers ☐ breedte armleggers:cm ☐ hemiplegie armlegger: Li / Re ☐ gepolsterde armleuning: Li / Re Li+Re ☐ anders, namelijk
Hoofdsteun	☐ instelbaar / verstelbaar ☐ buigzaam ☐ anders, namelijk
Rij eigenschappen	
Gebruiksomgeving	☐ binnenshuis, invullen wenselijk verplaatsingspatroon niet nodig ☐ binnenshuis en buitenshuis, niet-verkleinbaar ☐ binnenshuis en buitenshuis, wel-verkleinbaar ☐ buitenshuis

Snelheid	☐ 8 km/u ☐ 12 km/u ☐ 15 km/u ☐ anders, namelijk.....
Scootmobiel	☐ 3-wielige scootmobiel ☐ 4-wielige scootmobiel
Accu	☐ natte accu ☐ droge accu ☐ hoogfrequent lader ☐ laagfrequent lader
Gebruikersgemak	
Bediening	☐ tweehandig ☐ linkshandig ☐ rechtshandig ☐ knoppen ☐ draaiknoppen ☐ tiptoetsen ☐ schakelaars ☐ voetbediening ☐ anders, namelijk.....
Aandrijving	☐ aandrijving d.m.v. knijpkracht ☐ aandrijving d.m.v. draaikracht ☐ aandrijving d.m.v. duimbediening ☐ anders, namelijk.....
Stuurkolom	☐ stuurkolom in hoogte: instelbaar / verstelbaar minimale hoogte:..... maximale hoogte:..... ☐ stuurkolom in hoek: instelbaar / verstelbaar ☐ bedieningspaneel: instelbaar / verstelbaar
Accessoires	☐ geluidssignaal bij knipperlichten ☐ oprijgoten ☐ antiekievoorziening ☐ stokhouder: Li / Re ☐ krukhouter: Li / Re ☐ houder voor vierpoot / eifel: Li / Re ☐ rollatorhouder ☐ zuurstoffleshouder: rond / ovaal ☐ schootkleed ☐ afdekhoes (over scootmobiel) ☐ set regenhoezen (voor zitting en rug) ☐ stoepenklimmer ☐ rolgordel (heupmodel) ☐ spiegel, niet-gemonteerd ☐ spiegel: Li / Re Li + Re ☐ boodschappenmand ☐ anders, namelijk.....
Toelichting bij programma van eisen	